

电泳分离胶出厂检验报告

规格型号		Onelife 50 OP4 分离胶	产品货号	3400384	
产品保质期		2025-01-14	抽检批号	24106403	
生产日期		2024-06-04	检验日期	2024-06-05	
检验依据		《电泳分离胶》产品技术要求			
序 号	检验 项目	技术要求	检验结果	结论	备注
2.1	外观	电泳分离胶应为无色、无颗粒、透明黏稠液体；	符合要求	合格	
2.2	装量	电泳分离胶的装量应不小于标示装量。	符合要求	合格	
2.3	分辨率	用标准品，包含两个相差 1bp 片段的标准品，经毛细管电泳后其对应的电泳峰的分离度和宽度来评估分辨率。	符合要求	合格	
2.4	背景 纯净	电泳分离胶对空白样本电泳，不出现高于 50RFU 的荧光信号。	符合要求	合格	
结论		经检验，该批次产品 ☒ 符合； ☐ 不符合《电泳分离胶》产品技术要求。 结论： ☒ 合格； ☐ 不合格			

质检员
薛青

禾（深圳）

质检员
薛青

批准：

日期：

