

电泳分离胶出厂检验报告

规格型号		Onelife 50 OP4 分离胶	产品货号	3410384	
产品保质期		2025-01-14	抽检批号	24106403	
生产日期		2024-06-04	检验日期	2024-06-05	
检验依据		《电泳分离胶》产品技术要求			
序 号	检 验 项 目	技术要求	检验结果	结论	备 注
2.1	外观	电泳分离胶应为无色、无颗粒、透明黏稠液体；	符合要求	合格	
2.2	装量	电泳分离胶的装量应不小于标示装量。	符合要求	合格	
2.3	分辨率	用标准品，包含两个相差 1bp 片段的标准品，经毛细管电泳后其对应的电泳峰的分离度和宽度来评估分辨率。	符合要求	合格	
2.4	背景 纯净	电泳分离胶对空白样本电泳，不出现高于 50RFU 的荧光信号。	符合要求	合格	
结论		经检验，该批次产品 ☒ 符合； ☐ 不符合《电泳分离胶》产品技术要求。 结论： ☒ 合格； ☐ 不合格			



批准：

日期：

