

电泳分离胶出厂检验报告

规格型号		Onelife 50 OP4 分离胶	产品货号	3400096		
产品保质期		2025-02-16	抽检批号	24107403		
生产日期		2024-06-21	检验日期	2024-06-24		
检验依据		《电泳分离胶》产品技术要求				
序 号	检 验 项 目	技术要求	检验结果	结论	备 注	
2.1	外观	电泳分离胶应为无色、无颗粒、透明黏稠液体；	符合要求	合格		
2.2	装量	电泳分离胶的装量应不小于标示装量。	符合要求	合格		
2.3	分辨率	用标准品，包含两个相差 1bp 片段的标准品，经毛细管电泳后其对应的电泳峰的分离度和宽度来评估分辨率。	符合要求	合格		
2.4	背景 纯净	电泳分离胶对空白样本电泳，不出现高于 50RFU 的荧光信号。	符合要求	合格		
结论		经检验，该批次产品 ☒ 符合； ☐ 不符合《电泳分离胶》产品技术要求。 结论： ☒ 合格； ☐ 不合格				

批准:

日期:

2024.6.24