

## 电泳分离胶出厂检验报告

|        |                  |                                                                                                                                                                             |      |                 |        |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------|
| 规格型号   |                  | Onelife 50 OP4 分离胶                                                                                                                                                          | 产品货号 | 3400384、3400960 |        |
| 产品保质期  |                  | 2025-07-23                                                                                                                                                                  | 抽检批号 | 2421C400        |        |
| 生产日期   |                  | 2024-11-23                                                                                                                                                                  | 检验日期 | 2024-11-25      |        |
| 检验依据   |                  | 《电泳分离胶》产品技术要求                                                                                                                                                               |      |                 |        |
| 序<br>号 | 检<br>验<br>项<br>目 | 技术要求                                                                                                                                                                        | 检验结果 | 结论              | 备<br>注 |
| 2.1    | 外观               | 电泳分离胶应为无色、无颗粒、透明黏稠液体。                                                                                                                                                       | 符合要求 | 合格              |        |
| 2.2    | 装量               | 电泳分离胶的装量应不小于标示装量。                                                                                                                                                           | 符合要求 | 合格              |        |
| 2.3    | 分辨率              | 用标准品，包含两个相差 1bp 片段的标准品，经毛细管电泳后其对应的电泳峰的分离度和宽度来评估分辨率。                                                                                                                         | 符合要求 | 合格              |        |
| 2.4    | 背景纯净             | 电泳分离胶对空白样本电泳，不出现高于 50RFU 的荧光信号。                                                                                                                                             | 符合要求 | 合格              |        |
| 结论     |                  | 经检验，该批次产品<br><input checked="" type="checkbox"/> 符合； <input type="checkbox"/> 不符合《电泳分离胶》产品技术要求。<br>结论： <input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格 |      |                 |        |

质检员  
薛青

批准：

日期：

